ЛИСТ ЗАКАЗА

Газоанализатор “ЭКСПЕРТ”

1. Модификация прибора

☐ **Эксперт Газ про**
☐ **Эксперт Газ стандарт**

☐ **Эксперт МТ про**
☐ **Эксперт МТ стандарт**

☐ **Эксперт Универсал про**
☐ **Эксперт Универсал стандарт**

Примечания:
- модификации “Газ” предназначены для измерения “низких” концентраций (см. п. 3); - модификации “МТ” предназначены для измерения “высоких” концентраций (см. п. 3); - модификации “Универсал” предназначены для измерения как “высоких”, так и “низких” концентраций (см. п. 3);
- модификации с индексом “про” дополнительно предназначены для измерения CO_2 и углеводородов (см. п. 3)

2. Конфигурация прибора

- модификации “Газ”
(4 или 5 каналов)

☐ **O_2, CO, NO, NO_2**
☐ **O_2, CO, NO, NO_2, SO_2**

- модификации “МТ”
(от 2 до 5 каналов)

☐ **O_2, CO**
☐ **O_2, CO, NO**
☐ **O_2, CO, NO, NO_2**
☐ **O_2, CO, NO, SO_2**
☐ **O_2, CO, NO, NO_2, SO_2**

- модификации “Универсал”

Стандартно 5 каналов -
O_2, CO, NO, NO_2, SO_2

3. Диапазоны измерений и пределы основной погрешности

3.1 Основные каналы

O_2
0 - 21 % (об.) ± 0,2 %(об.)

CO (диапазон на выбор)

☐ **0 - 500 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 500 мг/м³)
☐ **0 - 1000 мг/м³ ± 7,5 мг/м³ (0 - 150 мг/м³)**
± 5 % (150 - 1000 мг/м³)

NO
0 - 500 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)
± 5 % (100 - 500 мг/м³)

NO_2
0 - 200 мг/м³ ± 10 мг/м³

SO_2
0 - 500 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)
± 5 % (200 - 500 мг/м³)

O_2
0 - 21 % (об.) ± 0,2 %(об.)

CO (диапазон на выбор)

☐ **0 - 2000 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)**
± 5 % (200 - 2000 мг/м³)
☐ **0 - 5000 мг/м³ ± 25 мг/м³ (0 - 500 мг/м³)**
± 5 % (500 - 5000 мг/м³)
☐ **0 - 10000 мг/м³ ± 50 мг/м³ (0 - 1000 мг/м³)**
± 5 % (1000 - 10000 мг/м³)
☐ **0 - 50000 мг/м³ ± 250 мг/м³ (0 - 5000 мг/м³)**
± 5 % (5000 - 50000 мг/м³)

NO (диапазон на выбор)

☐ **0 - 2000 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)**
± 5 % (200 - 2000 мг/м³)
☐ **0 - 5000 мг/м³ ± 25 мг/м³ (0 - 500 мг/м³)**
± 5 % (500 - 5000 мг/м³)

NO_2
0 - 200 мг/м³ ± 10 мг/м³

SO_2 (диапазон на выбор)

☐ **0 - 2000 мг/м³ ± 15 мг/м³ (0 - 300 мг/м³)**
± 5 % (300 - 2000 мг/м³)
☐ **0 - 5000 мг/м³ ± 25 мг/м³ (0 - 500 мг/м³)**
± 5 % (500 - 5000 мг/м³)
☐ **0 - 10000 мг/м³ ± 50 мг/м³ (0 - 1000 мг/м³)**
± 5 % (1000 - 10000 мг/м³)

O_2
0 - 21 % (об.) ± 0,2 %(об.)

CO (диапазон на выбор)

☐ **0 - 2000 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 2000 мг/м³)
☐ **0 - 5000 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 5000 мг/м³)
☐ **0 - 10000 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 10000 мг/м³)

NO (диапазон на выбор)

☐ **0 - 2000 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 2000 мг/м³)
☐ **0 - 5000 мг/м³ ± 25 мг/м³ (0 - 500 мг/м³)**
± 5 % (500 - 5000 мг/м³)

NO_2
0 - 200 мг/м³ ± 10 мг/м³

SO_2 (диапазон на выбор)

☐ **0 - 2000 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)**
± 5 % (200 - 2000 мг/м³)
☐ **0 - 5000 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)**
± 5 % (200 - 5000 мг/м³)
☐ **0 - 10000 мг/м³ ± 15 мг/м³ (0 - 300 мг/м³)**
± 5 % (300 - 10000 мг/м³)

3.2 Дополнительные каналы (отметьте при необходимости)

H_2S (диапазон на выбор)

☐ **0 - 500 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 500 мг/м³)
☐ **0 - 1500 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)**
± 5 % (200 - 1500 мг/м³)

H_2

☐ **0 - 10000 млн⁻¹ ± 50 млн⁻¹ (0 - 1000 млн⁻¹)**
± 5 % (1000 - 10000 млн⁻¹)

H_2

☐ **0 - 10000 млн⁻¹ ± 50 млн⁻¹ (0 - 1000 млн⁻¹)**
± 5 % (1000 - 10000 млн⁻¹)

H_2S (диапазон на выбор)

☐ **0 - 500 мг/м³ ± 5 мг/м³ (0 - 100 мг/м³)**
± 5 % (100 - 500 мг/м³)
☐ **0 - 1500 мг/м³ ± 10 мг/м³ (0 - 200 мг/м³)**
± 5 % (200 - 1500 мг/м³)

H_2

☐ **0 - 10000 млн⁻¹ ± 50 млн⁻¹ (0 - 1000 млн⁻¹)**
± 5 % (1000 - 10000 млн⁻¹)

3.3 Оптические каналы модификаций с индексом “про”

Углеводороды (калибровочный компонент на выбор)

☐ **C_3H_8 0 - 5000 млн⁻¹ ± 20 млн⁻¹ (0 - 400 млн⁻¹)**
± 5 % (400 - 5000 млн⁻¹)
☐ **C_6H_{14} 0 - 5000 млн⁻¹ ± 20 млн⁻¹ (0 - 400 млн⁻¹)**
± 5 % (400 - 5000 млн⁻¹)

CO_2
0 - 20 %(об.) ± 0,3 % (об.) (0 - 6 %(об.))
± 5 % (6 - 20 %(об.))

4. Длина трубки пробоотборного зонда в базовой комплектации (входит в стоимость прибора)

☐ **300 мм** ☐ **740 мм**

5. Дополнительные принадлежности, запасные части, расходные материалы

Кол-во	Заказной №	Наименование	Кол-во	Заказной №	Наименование
	03 01 01	Блок осушки пробы		03 03 01	Ручка зонда со шлангом
	03 05 01	Кабель связи с ПК		03 03 02	Трубка зонда 300 мм
	03 05 02	Программное обеспечение для ПК. Прием данных из памяти		03 03 03	Трубка зонда 740 мм
	03 05 03	Программное обеспечение для ПК. Прием данных on-line		03 03 04	Трубка зонда 1000 мм
	03 03 06	Металлокерамический фильтр для зонда		03 03 05	Трубка зонда 1500 мм
	03 02 02	Запасные фильтры для влагоотделителя (уп. 2 шт.)		03 04 01	Трубка Пито 750 мм
	03 08 01	Запасной внешний фильтр очистки пробы		03 04 02	Трубка Пито 1000 мм
	03 09 02	Запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.)		03 04 03	Трубка Пито 1500 мм
	03 01 03	Запасные фильтры для блока осушки (уп. 5 шт.)		03 04 04	Трубка Пито 2000 мм

ФИО, должность _____ **Город** _____

Организация _____ **Тел., факс** _____

Отдел _____ **Подпись** _____